

SỞ Y TẾ BẮC GIANG
BỆNH VIỆN NỘI TIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: /BVNT-D-TTBYT
V/v mời báo giá dao mổ điện cao tần .

Bắc Giang, ngày 24 tháng 06 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: "Mua trang thiết bị y tế năm 2024" phục vụ công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang. Địa chỉ: xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ks Đoàn Chúc Thương – Chức vụ: Nhân viên khoa Dược - TTBYT –

ĐT: 0985.38.85.85

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: nhận đồng thời qua hai hình thức:

- Nhận trực tiếp (hoặc qua bưu điện) tại địa chỉ: Bộ phận văn thư Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang. Địa chỉ: xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Nhận qua email: benhviennoitietbg@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 25/06/2024 đến trước 17h ngày 05/07/2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 05/07/2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật của trang thiết bị y tế được đề nghị mua sắm:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
-----	----------	--	---------------------	-------------

1	Dao mổ điện cao tần	<p>I. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị mới 100%, được sản xuất từ năm 2024. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. - Điện áp AC: 100-240V, tần số 50/60Hz. - Điều kiện môi trường hoạt động trong khoảng: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ tối đa +10 °C to +40 °C. + Độ ẩm tối đa 30 - 75%. <p>II. Cấu hình</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Máy đốt cao tần hàn mạch: 01 cái 2. Bàn đạp chân đơn cực: 01 cái 3. Bàn đạp chân lưỡng cực: 01 cái 4. Tay dao hàn mạch, dùng cho mổ nội soi: 01 cái 5. Lưỡi cho tay dao hàn mạch, dùng cho mổ nội soi: 10 cái 6. Tay dao hàn mạch, dùng cho mổ mở: 01 cái 7. Lưỡi cho tay dao hàn mạch, dùng cho mổ mở: 10 cái 8. Tay kẹp hàn mạch dạng kéo, dùng cho mổ mở: 01 cái 9. Dây nối dụng cụ nội soi lưỡng cực: 01 cái 10. Tay dao đơn cực 2 nút bấm, dùng nhiều lần: 01 cái 11. Bộ điện cực dùng cho tay dao đơn cực (03 loại): 01 bộ 12. Kẹp lưỡng cực, dùng nhiều lần: 01 cái 13. Dây nối kẹp lưỡng cực dùng nhiều lần 01 cái 14. Tấm điện cực trung tính dùng 1 lần (50 tấm/hộp) 01 hộp 15. Dây nối tấm điện cực trung tính, dùng nhiều lần: 01 cái 16. Xe đẩy máy: 01 cái <p>❖ Yêu cầu kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có chức năng SealSafe hàn mạch máu, bó mô hoặc mạch bạch huyết có đường kính đến 7mm. - Mũi hàn có thể chịu đựng được áp lực gấp 3 lần áp lực tâm thu. 	01	Chiếc
---	----------------------------	--	-----------	--------------

		<ul style="list-style-type: none"> - Tay dao hàn mạch máu là loại sử dụng nhiều lần, nhiều loại kích cỡ khác nhau cho mổ mở và mổ nội soi. - Có chức năng SWAP MODE, cho phép bác sĩ tự động thay đổi giữa hai chế độ được cài đặt trước thông qua tay dao cắt/ đốt đơn cực thông thường trên thị trường hoặc bằng công tắc đạp chân. - Có 2 cổng nối Bipolar và nâng cấp lên 4 cổng Bipolar, giúp cho máy có thể kết nối nhiều dụng cụ hơn cùng 1 lúc - Có 10 chế độ cắt đơn cực tiêu chuẩn tích hợp trong máy, thêm 1 chế độ cắt đơn cực sau khi được kết nối với hệ thống argon. - Có 12 chế độ cầm máu đơn cực tiêu chuẩn tích hợp trong máy, thêm 4 chế độ cầm máu đơn cực sau khi được kết nối với hệ thống argon. - Có 5 chế độ cắt lưỡng cực, 6 chế độ cầm máu lưỡng cực. - Có 2 chế độ hàn mạch máu 7mm. - Cho phép bác sĩ tự cài đặt chương trình phẫu thuật và lưu trữ đến 99 chương trình phẫu thuật khác nhau. - Có trang bị tính năng cắt đốt lưỡng cực chuyên dùng cho nội soi u tuyến tiền liệt/ buồng tử cung trong môi trường nước muối. - Có thể nâng cấp tính năng tích hợp và hiển thị thông số của máy lên màn hình nội soi. - Có màn hình màu LCD TFT 8 inches. - Máy tự động nhận dạng tay dao hàn mạch và có sẵn chế độ mặc định, sẵn sàng hoạt động ngay khi cắm vào máy mà không cần điều chỉnh. - Có thể kết nối với các dụng cụ nội soi của các hãng nội soi phổ biến tại thị trường Việt Nam. - Chức năng theo dõi tâm điện cực dùng cho trẻ em: máy giới hạn mức công suất tối đa và đồng thời tắt một số chế độ cắt/ đốt không cần thiết, hạn chế tổn thương mô có thể xảy ra cho trẻ em. 		
--	--	---	--	--

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày có kết quả lựa chọn nhà thầu.

4. Ghi chú : Yêu cầu nhà cung cấp gửi catalogue, tài liệu kỹ thuật thể hiện đầy đủ thông số kỹ thuật, tính năng của hàng hoá.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Lãnh đạo đơn vị,
- Đăng tải website bệnh viện,
muasamcong.moi.gov.vn
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

Hoàng Xuân Thúc

Phụ lục: Mẫu báo giá**BÁO GIÁ****Kính gửi: Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang**

Căn cứ yêu cầu báo giá số: /BVNT-D-TTBYT ngày tháng năm 2024 của **Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang**, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Tên thương mại (nếu có)	Ký, mã hiệu, model	Hãng sản xuất- Nước sản xuất	Hãng chủ sở hữu/ Nước chủ sở hữu	Mã HS	Năm sản xuất	Số lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)	Kết quả trúng thầu trong 1 năm trở lại đây
1													
2													
	Tổng cộng												

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

- Hàng hóa mới 100%, thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất tại nơi sử dụng.

4. Gửi kèm Báo giá các tài liệu sau:

- Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa chào giá gồm: Catalog và các tài kỹ thuật khác phản ánh đặc tính, thông số kỹ thuật của trang thiết bị (nếu có);

- Hợp đồng mua bán trang thiết bị y tế báo giá đã hoàn thành (nếu có); Kết quả trúng thầu trong vòng 1 năm trở lại đây (Quyết định trúng thầu và/hoặc hợp đồng mua bán ...)

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA HÃNG SẢN XUẤT/

NHÀ CUNG CẤP⁽¹²⁾

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)